


POOL TESTER CL PH

Code: 0001POOLCLPH



(NL) Het gebruik van eenvoudige en betrouwbare kits vergemakkelijkt de controle van het zwembadwater voor de verantwoordelijke beheerder/technicus.

De testkit **POOL TESTER CL PH** maakt gebruik van kleurbepaling (via comparatore middelen):

- Chloorgehalte wordt bepaald via de DPD methode.
- pH (zuurgraad) wordt bepaald via de fenolrood methode.

INHOUD KIT POOL TESTER CL PH:

- Tester
- Kleurschaal
- 25 DPD tabletten (chlooranalyse)
- 25 fenolrood tabletten (pH analyse) (code 5906C)

Gebruiksaanwijzing

Tester met het zwembadwater vullen, een meet-tablet voor chloor of pH toevoegen, deze oplossen en de ontstane kleur met de kleurschaal vergelijken.

Vervanging reagentia DPD chloor analyse (code 5999D).

Vervanging reagentia fenolrood pH 250 analyse (code 5999E).

Optioneel: DPD3 chloortotaal analyse (code 5997I).

(FR) L'utilisation de trousse avec des kits simples et fiables facilite le contrôle de l'eau des piscines effectué par les gestionnaires/techniciens responsables.

La trousse de testage **POOL TESTER CL PH** utilise la définition des couleurs (à l'aide de la méthode comparative) :

- Le contenu de chlore est fixé à l'aide de la méthode DPD.
- Le pH (degré d'acidité) est fixé à l'aide de la méthode de phénol rouge.

CONTENU DE LA TROUSSE POOL TESTER CL PH :

- Testeur
- Echelle de couleurs
- 25 pastilles DPD (analyse du chlore)
- 25 pastilles du phénol rouge (analyse pH) (code 5906C)

Mode d'emploi

Verser l'eau à tester dans le testeur, ajouter la pastille de mesurage du chlore ou de pH, laisser dissoudre et comparer la couleur obtenue avec l'échelle des couleurs.

Réactifs de remplacement DPD pour l'analyse du chlore (code 5999D).

Réactifs de remplacement du phénol rouge pour l'analyse pH 250 (code 5999E).

En option : DPD3 l'analyse du chlore total (code 5997I)

(GR) Die Verwendung der einfachen und zuverlässigen Koffersets ermöglicht dem verantwortlichen Verwalter/Techniker die Kontrolle des Beckenwassers.

Der Testkoffer **POOL TESTER CL PH** nutzt die Farbbestimmung (mit Hilfe der Vergleichsmethode):

- Der Chlorgehalt wird mit Hilfe der DPD Methode bestimmt.
- Der pH Wert (Säuregrad) wird mit Hilfe der Phenol-Rot Methode bestimmt.

KOFFERINHALT POOL TESTER CL PH:

- Tester
- Farbmuster
- 25 Tabletten DPD (Chloranalyse)
- 25 Tabletten Phenol-Rot (pH Analyse) (Code 5906C)

Gebrauchsanleitung

Gießen Sie das zu untersuchende Wasser in den Tester, geben Sie eine Tablette zur Chlor- oder pH-Messung bei, vergleichen Sie die nach ihrem Auflösen entstandene Farbe mit dem Farbmuster.

Ersatzreagenz DPD zur Chloranalyse (Code 5999D).

Ersatzreagenz Phenol-Rot zur pH 250 Analyse (Code 5999E).

Wählbar: DPD3 Analyse des Gesamtchlors (Code 5997I).

ZEP INDUSTRIES B.V.

(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de